



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

ALLEGATO D - penalità

OGGETTO: servizio di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature elettromedicali installate presso U.O.C. di Radioterapia del P.O. di Belluno, anni 2024 -2026.

Il servizio dovrà garantire il rispetto del programma di manutenzione (n° interventi/anno per singola apparecchiatura) nei tempi concordati.

Gli interventi di manutenzione correttiva, presso la sede ULSS, dovranno essere evasi con soluzione del guasto entro le ore dichiarate, come richiesto nell'Allegato B.

La valutazione del non rispetto dei termini o delle non conformità di fornitura sarà svolta dal Servizio di Ingegneria Clinica.

Qualora vengano riscontrate non conformità l'ULSS si riserva la facoltà di applicare delle penali come previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quanto dichiarato verrà applicato l'1% dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente non superiore al 10%.

Le apparecchiature non dovranno subire, in conseguenza a manutenzione correttiva, fermi tecnici superiori a quelli indicati in "ALLEGATO B", salvo casi particolari diversamente concordati con il Servizio Ingegneria Clinica.

Qualora tale limite venisse superato si applicherà la seguente penale:

l'1% dell'ammontare netto contrattuale moltiplicato per i giorni di disservizio oltre le soglie stabilite.

Il tempo di disservizio sarà calcolato in percentuale oraria nella fascia di operatività dichiarata.

(Esempio da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17, richiesta scritta di intervento lunedì ore 10, risoluzione intervento giovedì ore 15 = 5 h di disservizio pari a 0.5 gg.).

Sono esclusi i disservizi conseguenti alla manutenzione preventiva e agli eventuali aggiornamenti tecnici previsti dal costruttore che devono essere concordati con il Servizio Ingegneria Clinica.

Documento redatto da Azienda ULSS n. 1 Dolomiti U.O.S. INGEGNERIA CLINICA Belluno, 13 dicembre 2023	Il Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica Ing. Laura Chiea <i>Documento sottoscritto digitalmente</i>
---	---

Documento sottoscritto dall'Impresa Impresa _____ Data _____	Referente _____ Qualifica _____
--	------------------------------------