



VERBALE VALUTAZIONE TECNICA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI PRODUZIONE SIEMENS INSTALLATE PRESSO VARIE UU.OO. DELL'ULSS 1 DOLOMITI, ANNO 2026. CIG B6FEFA1127

In data 08/10/2025 presso i locali della UOS di Ingegneria Clinica del P.O. di Belluno, si è riunita la commissione giudicatrice nominata con delibera n. 1179 del 03/10/2025 per la valutazione tecnica volta all'acquisizione, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione di apparecchiature elettromedicali di produzione Siemens installate presso varie UU.OO. dell'Ulss 1 Dolomiti per l'anno 2026.

La Commissione è così composta:

- Coll. Tec. Prof.le COPPE Paolo in qualità di Presidente;
- Coll. Tec. Prof.le LAVORGNA Valentina in qualità di Componente;
- Ass. Amm.vo FIORI Fabio in qualità di Componente.

Ha presentato offerta soltanto l'impresa Siemens Healthcare srl.

Preliminarmente il presidente ricorda alla commissione le modalità di attribuzione del punteggio qualità (Punteggio Massimo 70 punti) riportate nella Richiesta d'Offerta ed in particolare da pagina 4 a pagina 8 di 12.

Viene quindi visionata la documentazione tecnica e schematizzata/riassunta come di seguito riportato:

Rif.	Criterio valutazione	pt. max D	pt. max T	Descrizione	Giudizio	punteggio
1	Front-office e modalità di ingaggio	10		Propongono diversi canali per l'apertura delle richieste di intervento (on line, telefonica, fax e e-mail). Il Call Center è attivo 24/24h 7/7gg	buono	8
2	Livelli di servizio della manutenzione correttiva	10		Confermano i tempi di risoluzione previsti nell'allegato B. Dichiarano: 3 ore per l'assistenza telefonica e un uptime del 96%	distinto	9
3	Manutenzione evolutiva	10		Confermano l'inclusione nell'offerta degli aggiornamenti relativi alla sicurezza, alle prestazioni e raccomandati al fine di aumentare l'affidabilità del sistema. Possibilità, se connessa SRS, di effettuare lo scarico degli update senza fermo macchina	distinto	9
4	Livelli di servizio delle manutenzioni programmate	10		Garantita la periodicità delle manutenzioni e presentate le check list. Il personale dedicato alla manutenzione è certificato per l'esecuzione degli interventi	buono	8
5	Disponibilità oraria – attività correttiva	5		Garantite le fasce orarie previste in gara	sufficiente	3
6	Disponibilità oraria – attività programmata	5		Garantite le fasce orarie previste in gara	sufficiente	3



6 bis	Tempo di approvvigionamento parti di ricambio e usurabili	5		I materiali presenti presso i magazzini centrali Siemens vengono spediti ogni giorno, al momento della ricezione dell'ordine, e vengono consegnati da corrieri dedicati o tramite la rete di distribuzione di corrieri nazionali, il giorno successivo all'ordine presso il cliente o il punto di consegna richiesto	buono	4
7	Tipologia di parti di ricambio e usurabili	5		fornisce esclusivamente ricambi originali, forniti e certificati dal produttore di cui possiamo fornire la tracciabilità. Certificazione in fabbrica significa garanzia e revisione all'ultimo livello di specifiche tecniche rilasciate, test rigorosi di funzionalità e sicurezza, dunque riparazione in conformità a specifiche "come nuovo"	distinto	4,5
8	Dotazione muletti per componenti accessori (monitor, consolle/workstation, UPS, ..) o apparecchiature mobili	2		Trattandosi di apparecchiature ad installazione fissa e di grandi dimensioni non sono previsti muletti. Viene dichiarato che il materiale ordinato viene fornito in tempi rapidi e installato in via definitiva sull'impianto	discreto	1,4
9	Organizzazione personale dedicato esclusivamente per area geografica	5		Presentato in riferimento al parco macchine oggetto del presente provvedimento l'elenco dei corsi dei tecnici che dovrebbero intervenire in via preferenziale presso questa Azienda	distinto	4,5
10	Referenze	2		Presentato elenco referente	distinto	1,8
11	Certificazione della parità di genere		1	Adozione da parte dell'operatore economico di politiche tese al raggiungimento della parità di genere	ottimo	1
	TOTALE	69	1	TOTALE		57,2
				TOTALE RIPARAMETRATO		70,00

Il gruppo di valutazione ritiene conclusa l'attività di valutazione e trasmette al RUP il presente verbale che letto viene sottoscritto.

Belluno, 08/10/2025

Coll. Tec. Prof.le COPPE Paolo

Coll. Tec. Prof.le LAVORGNA Valentina

Ass. Amm.vo FIORI Fabio

Ass. Amm.vo PETERLE Nori Eugenia – Segretario verbalizzante

Coppe Paolo
Valentina Lavorgna
Fabio Fiori
Nori Eugenia

