



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

Prot. n. 33494 / SIC

Belluno, 23 maggio 2025

OGGETTO: consultazione di mercato, ai sensi art. 77 del D.Lgs. 36/2023, e comunicazione di avvio procedura ai fini della trasparenza per la verifica di esclusività ed infungibilità nell'aggiudicazione del servizio di manutenzione di sistemi e di apparecchiature elettromedicali di produzione GE installate presso diverse UU.OO. dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti ai sensi dell'art. 76, comma 2., Lett. b), punto 2), del D.Lgs. n. 30/2023.

L'ULSS n. 1 Dolomiti intende procedere, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. n. 36/2023, alla verifica dell'effettiva sussistenza del presupposto dell'assenza di concorrenza per motivi di esclusività e infungibilità nell'aggiudicazione del servizio di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature di prod. GE installate presso diverse UU.OO. dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti.

Tipologia apparecchiature
TC/PET integrato mod. DISCOVERY MI DR, s/n PTDMI1700018PT, collaudato nel 2017, completo di workstation mod. ADVANTAGE WORKSTATION VS7 ENHANCED, n. 3 laser puntamento Astor, sorgente di calibrazione mod. PET 1227 1.5 – 55MBq, fantocci di test 507 e VQC 3.5 MBQ, trigger monitor Ivy 7800, software gestionale e specialistici
TAC mod. LIGHTSPEED VCT 64, s/n 732953 CN0, collaudato nel 2005, completo di workstation mod. ADVANTAGE WINDOWS, software gestionale e specialistici
TAC mod. BRIGHTSPEED ELITE, s/n 328185HM4, collaudato nel 2013, completo di consolle di comando mod. VOLUME VIEWER, n. 2 workstation mod. ADW 4.6 e mod. ADW 4.5, software gestionale e specialistici
TAC mod. REVOLUTION EVO, s/n A5165722, collaudato nel 2016, completo di workstation mod. VOLUMESHARE 7, software gestionale e specialistici come riduzione artefatti metallici (MAR) e fluoroscopia, monitor, gruppo di continuità, modulo ECG mod. IVY7800
TAC mod. REVOLUTION CT ES, s/n REVV82100001CN, collaudato nel 2021, completo di workstation mod. ADVANTAGE WORKSTATION VOLUMESHARE 7, monitor, lettino paziente, software gestionale e specialistici
TAC GAMMA CAMERA integrato mod. NM/CT 870 DR, s/n 870C64396, collaudato nel 2023, completo di n. 3 workstation mod. Z1 G9 TOWER DESKTOP PC, server, consolle operatore completa di monitor, letto paziente, sistema automatizzato cambio collimatori, sistema di videosorveglianza, software gestionale e specialistici come Asir e SmartMAR
RM mod. SIGNA ARTIST, s/n HM2034, collaudato nel 2019, completo di gabbia di Faraday, UPS, server, n. 3 consolle di refertazione, varie bobine (addome, cardiaca, ginocchio, mammella, piede, spalla, testa e a lenzuolo), cabina schermata, software gestionale e specialistici
RM mod. SIGNA, s/n PM1343, collaudata nel 2024 ed in garanzia sino a luglio 2026, completo di workstation mod. ADVANTAGE WORKSTATION VOLUMESHARE 7, monitor, software gestionale e specialistici (Volume Viewer, Preprocessing/AutoLaunch, Integrated Registration, Ready View, Ready View Brain View, GenIQ, ProView, ProView AutoSegmentation, 3D Suite, Ready View Body View, Ready View AD RD, Volume Illumination, cvi42 (MR) v7 base, cvi42 (MR) v7 Function, Morphology&Myocardial Tissue Characterization, cvi42 (MR) v7 Strain), tavolo paziente, bobine (Head neck, Breast (mammella) con predisposizione biopsia, air coil large e air coil medium utilizzabili per tutti i distretti, flex 16 canali. Bobina per colonna integrata nel tavolo)
Sistema per Angiografia Digitale mod. ALLIA IGS 520 PULSE, s/n M2-24-019, collaudato nel 2024, completo di workstation mod. ADVANTAGE WORKSTATION VOLUMESHARE 7, monitor, software gestionale e specialistici (Viewer Interventional, Vessel ASSIST, NEEDLES ASSIST, EVAR ASSIST 2, TAVI Analysis PTO, 3DXR 3D CT HD, Analisi stenosi e analisi ventricolare)
Sistema per Angiografia Digitale mod. ALLIA IGS 740 OR, collaudato nel 2024, completo di workstation mod. ADVANTAGE WORKSTATION VOLUMESHARE 7, monitor, software gestionale e specialistici (Viewer Interventional, Vessel ASSIST, NEEDLES ASSIST, EVAR ASSIST 2, TAVI Analysis PTO, 3DXR 3D CT HD, Analisi stenosi e analisi ventricolare)



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

Principali prestazioni richieste nel contratto
manutenzione preventiva, controlli funzionali e di sicurezza elettrica, manutenzione correttiva, <u>modifiche hardware e software consigliate dal fabbricante, gli updates di sicurezza, quelli raccomandati per l'affidabilità dei sistemi, gli eventuali adeguamenti a normative di carattere amministrativo e di rilevanza nazionale e/o regionale sui software installati, adeguamenti dettati da nuova normativa intervenuta per la sicurezza dei lavoratori, dei pazienti e/o altre cause, azioni preventive, correttive, migliorative relative agli avvisi di sicurezza, informazioni di sicurezza, notifiche sulla sicurezza</u>
tempi di primo intervento da effettuarsi presso l'U.O. dell'ULSS 1 Dolomiti: massimo 8 ore lavorative - tempi di risoluzione guasto garantiti: massimo 48 ore solari dall'inizio dell'intervento. Deve essere garantito un collegamento per l'assistenza in remoto.
fornitura di tutte le parti difettose, consumabili o soggette ad usura e di tutti i ricambi. Tutte le parti sostituite nel corso degli interventi dovranno essere <u>originali</u> , a meno di casi particolari dove dovrà essere data evidenza della compatibilità dei ricambi utilizzati con il dispositivo medico oggetto di manutenzione in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente e dal manuale d'uso redatto dal fabbricante

Preliminarmente all'avvio della suddetta procedura viene pubblicata sul profilo del committente, sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC e sulla piattaforma telematica Sintel, la presente verifica di esclusività ed infungibilità.

Gli operatori economici che ritengano di poter fornire il servizio alle condizioni tecniche sopra descritte, dovranno far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.aulss1@pecveneto.it entro il termine del **13/06/2025** la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura unitamente alla seguente documentazione:

- dichiarazione, a firma del rappresentante legale o di un procuratore, resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti di possedere le capacità tecniche per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente avviso. La dichiarazione dovrà elencare anche le esperienze maturate indicando gli Enti pubblici presso cui le prestazioni si sono svolte, i periodi e gli importi;
- la documentazione relativa alle capacità tecniche e professionali, nonchè dei canali di reperimento dei ricambi e dei consumabili;
- la proposta di base d'asta (annuale ed Iva esclusa) per il contratto di manutenzione oggetto del presente avviso.

La presente comunicazione non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante avendo fini di pubblicità.

L'istanza rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ed il mancato possesso dei requisiti tecnici richiesti determina la non ammissione.

Qualsiasi chiarimento in ordine al presente avviso potrà essere inviato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it.

Sulla base dell'esito del presente avviso questa Azienda Sanitaria definirà la procedura da attivare per l'aggiudicazione del servizio e nello specifico:

- qualora venga confermata la circostanza secondo di cui la Ditta fornitrice delle apparecchiature costituisca l'unico operatore in grado di garantire il servizio di manutenzione, questa Amministrazione manifesta sin d'ora l'intenzione di procedere alla conclusione di un contratto, attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. 36/2023, previa negoziazione delle condizioni contrattuali;
- qualora sulla base dell'esito della consultazione di mercato, venisse appurata l'esistenza di più operatori economici in grado di fornire il servizio di manutenzione oggetto del presente provvedimento potrà avviare un dialogo tecnico o avviare una procedura di gara.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla verifica dell'effettiva sussistenza del presupposto dell'assenza di concorrenza per motivi di esclusività e infungibilità e a ricevere manifestazione di interesse da parte degli operatori economici idonei alla fornitura dei servizi richiesti.



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori economici e successive procedura di affidamento dei servizi.

Distinti saluti.

Il RUP
Ing. Laura Chiaia

