

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI E NON SANITARI PER SALA IBRIDA, SALA DI EMODINAMICA ED ALTRE UNITA OPERATIVE OSPEDALE DI BELLUNO DELL'AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI

Premesso che :

- In data 04.03.2024 è stato pubblicato sul sito dell'Ulss n. 1 Dolomiti l'avviso di consultazione di mercato ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 – nuovo Codice degli Appalti, ed attivata sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia ID 180201901 la manifestazione di interesse a partecipare all'eventuale procedimento che venisse indetto per la fornitura di arredi di tipo sanitario per la sala ibrida e la sala di Emodinamica dell'Ospedale di Belluno ed altre Unità Operative.
- Entro il termine fissato ore 18.00 del giorno 14.03.2024, gli operatori economici di seguito riportati hanno fatto pervenire il proprio interesse a partecipare alla procedura:
 - o Adexte srl
 - o Croma Gio.Batta Srl
 - o Favero Health Projects SpA;
 - o Francehoptal Sas
 - o Givas Srl;
 - o Lucini Surgical Concept srl;
 - o Malvestio SpA;
 - o Mis Medical Srl;
 - o Hupfer Italia Srl;
 - o Karrel Health Solutions Srl
- Con lettera d'invito prot. 0023563/24 del 11.04.2024 è stata attivata tramite la piattaforma SINTEL la procedura ID 182166442 invitando tutte le imprese che avevano manifestato il loro interesse.
- La data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 18.00 del 03.05.2024;
- entro il termine indicato hanno presentato la loro offerta le Imprese Favero Health Projects SpA di Montebelluna (TV) e Malvestio SpA di Villanova di Camposampiero (PD);
- in data 06.05.2024 si è provveduto ad aprire le offerte amministrative e valutarne la regolarità, di seguito, sono state aperte le offerte tecniche di entrambe le imprese;
- con nota in data 06.05.2024 del Commissario pratica n.305/2024 è stata nominata la Commissione incaricata di valutare le offerte tecniche e attribuire il relativo punteggio qualità, ai sensi di quanto previsto dalla lettera di invito (punto 5 criteri di aggiudicazione); di questa Commissione fanno parte la Dott.ssa Cristina Burigo Coordinatrice UOC Radiologia di Belluno (Presidente), il Dottor Angelo Manfroi Coordinatore UOC Gruppo Operatorio di Belluno (Componente) e la Dott.ssa Alessandra Citeroni Coordinatrice UOC Cardiologia -UTIC di Belluno (Componente). La nomina della Commissione ed i curriculum dei Commissari sono stati pubblicati sul sito aziendale;

- la documentazione tecnica, stante la tracciabilità di quanto presentato in piattaforma Sintel e la garanzia di non modificabilità, è stata inoltrata ai Commissari per la necessaria valutazione.

Le operazioni della Commissione sono state avviate in data 09.05.2024 e proseguite nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 maggio 2024 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 ed i successivi martedì 4 giugno e mercoledì 5 giugno 2024 dalle ore 9.00 alle 12.00, la Commissione si è riunita presso la sede di Belluno ed ha espresso le valutazioni di seguito riportate. Nella prima seduta il Presidente della Commissione, illustra la documentazione allegata alla nota di nomina trasmessa a tutti i componenti della Commissione richiamando l'attenzione sulle regole contenute nella Procedura Gestionale Aziendale che disciplinano il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici, ed in particolare vengono illustrate le cause di incompatibilità.

Premesso che:

- la fornitura sarà affidata ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa al concorrente che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito in sede di valutazione qualitativa ed al prezzo, in base ai seguenti criteri:

A) qualità: punteggio massimo: punti 70/100

B) prezzo: punteggio massimo: punti 30/100.

L'assegnazione del punteggio qualità verrà attribuito suddiviso sulla base dei parametri di valutazione di cui alla lettera di invito, che saranno assegnati dai Commissari secondo le indicazioni predeterminate nei rispettivi criteri motivazionali.

Saranno escluse dalla gara le offerte che, sulla base della documentazione tecnica ed eventuale campionatura presentata, risulteranno non conformi alle caratteristiche tecniche richieste dalla documentazione di gara.

A ciascuno degli elementi di valutazione sarà applicato un coefficiente variabile fra 0 e 1 secondo il seguente criterio:

Giudizio	Ottimo	Buono	Adeguito	Parzialmente adeguato	Scarsamente adeguato	Non adeguato
Coefficiente	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0

I coefficienti saranno trasformati in punteggi assoluti sulla base dei punti previsti per singolo requisito.

Tutto ciò premesso, la Dott.ssa Cristina Burigo, Presidente di Commissione, illustra la documentazione tecnica presentata dalle imprese partecipanti, che viene resa disponibile ai singoli componenti insieme alla lettera di invito, al capitolo tecnico, agli allegati e ai chiarimenti rilasciati.

Si procede alla valutazione delle proposte tecniche, per ciascun elemento di valutazione indicato nel disciplinare di gara.

Dopo l'attenta disamina di tutti i documenti dell'Offerta Tecnica presentati dai concorrenti, riassumendo il lavoro eseguito dalla Commissione, si determina il punteggio finale per ogni concorrente, come somma dei punteggi totali per ogni elemento di valutazione, nonché la graduatoria di merito espressa di seguito.

2


Visto quanto in premessa, si dà atto che:

- **l'offerta tecnica della Ditta Favero Health Projects Spa** è correttamente presentata, articolata nelle sezioni: 1) planimetrie e rendering della varie Sale Ibrida, di Emodinamica PMA, Farmacia, sala di attesa e back office Radiologia; 2) relazione illustrativa; 3) elenco arredi ibrida e emodinamica con dépliant illustrativi; 4) schede tecniche con cartella colori; 5) offerta tecnica; 6) dichiarazione tecnica dell'offerta697-24_CAM_445; 7)scheda garanzia arredi; 8) dichiarazione tecnica off 697-24; 9) relazione organizzazione aziendale; 10) Manuali d'uso.

- l'offerta come articolata, risponde, pur con le differenze proprie attribuibili a ciascuna linea di prodotto, per caratteristiche tecniche, dimensioni, quantità e tipologia di prodotti, a quanto richiesto;
- relativamente alla tipologia di arredi e di materiali utilizzati, la ditta offre le linee:
 - **Pareti Tecniche Praxis XE** con scocca in nobilitato 20 mm, ante frontali in MDF rivestiti con film in tecnopolimero colorato, maniglie realizzate in pressofusione di alluminio incassate nella struttura dell'anta; cerniere in metallo nichelato girevoli a 270° regolabili su tre assi. Prodotto ignifugo (classe reazione 1);
 - la linea dei carrelli offerti è **SWITCH**, con caratteristiche come da richiesta e ben accessoriate, le ruote sono di diametro 125 mm;
 - viene riportato che i materiali dei prodotti offerti hanno facilità di pulizia e disinfezione, resistenza alle macchie, compatibilità con detergenti e disinfettanti comunemente usati, stabilità e solidità dei colori alla luce, resistenza alla corrosione. Tutti materiali sono testati per la resistenza a derivati del cloro e clorexidina (clorexidina gluconato al 1% in soluzione acquosa, clorexidina gluconato al 4% in soluzione idroalcolica, alcool al 30%). I materiali in MDF delle porte e cassetti offrono il vantaggio per la facilità di pulizia e la resistenza ai liquidi in quanto non ha spigoli in cui può infiltrare il liquido e rigonfiare il materiale;
 - la progettazione, come è formulata, è in linea con le indicazioni date; appare chiara ed in parte evidenziata con immagini rendering;
 - **estensione della garanzia** : vedi tabella
 - **crono programma**: vedi tabella.

L'offerta tecnica della Ditta Malvestio Spa è correttamente presentata, articolata nelle sezioni: 1) scheda garanzia arredi ibrida/emodinamica; 2) elenco arredi ibrida/emodinamica; 3) autocertificazione CAM; 4) certificato ISO14001; 5) certificazione UE Reazione al fuoco; 6) Dichiarazione tecnica; 7) protocollo di disinfezione e pulizia arredi; dispositivi; 8) relazione garanzia assistenza; 9) relazione schede tecniche; 10) progetto in planimetria. Non si riscontrano la Relazione Illustrativa delle scelte fatte ed i Manuali d'uso.

- l'offerta come articolata, risponde, pur con le differenze proprie attribuibili a ciascuna linea di prodotto, per caratteristiche tecniche, dimensioni, quantità e tipologia di prodotti, a quanto richiesto;
- relativamente alla tipologia di arredi e di materiali utilizzati, la ditta offre le linee:

- **Pareti Tecniche** con Struttura realizzata in lamiera di acciaio verniciata con montanti interni in alluminio. Ante con telaio perimetrale in alluminio estruso, anodizzato. Specchiature interne in laminato plastico, spessore 4 mm. Cerniere apertura di 230° con scatto automatico di chiusura. Maniglie a tutta lunghezza, in alluminio estruso anodizzato, integrate nel telaio delle ante.
- la linea dei carrelli offerti è **UTILITY LINKAR**, con caratteristiche come da richiesta, le ruote sono di diametro 125 mm;
- viene riportato che i materiali dei prodotti offerti hanno facilità di pulizia e disinfezione, resistenza alle macchie, compatibilità con detergenti e disinfettanti comunemente usati, stabilità e solidità dei colori alla luce, resistenza alla corrosione. Tutti materiali sono testati per la resistenza a derivati del cloro secondo percentuali inserite nel protocollo di pulizia e disinfezione in percentuali adeguate per arredi sanitari e dispositivi medici;
- la progettazione, come è formulata, è in linea con le indicazioni date; non si rilevano suggerimenti migliorativi di rilievo da parte della ditta;
- **estensione della garanzia** : vedi tabella
- **crono programma**: vedi tabella.

Di seguito la tabella con i relativi criteri di valutazione.

Elemento di valutazione	Criterio di valutazione	Punti D (qualitativi) max	Punti Q (quantitativi) max	Punti T max	FAVERO				Media aritmetica dei coefficienti	Punti Q	Punti T	PUNTEGGIO (media dei coefficienti x punteggio massimo)
Caratteristiche tecniche degli arredi per qualità, funzionalità materiali e prestazioni dei prodotti	Qualità degli arredi rispetto alle caratteristiche tecniche elencate nel capitolato e negli allegati, con particolare riferimento ai materiali utilizzati in relazione alla destinazione d'uso, alle prestazioni funzionali	26			Valutazione: l'offerta tecnica presentata, per caratteristiche dei materiali è apprezzabile e pertinente in relazione alla destinazione d'uso. Gli arredi, sono consoni alle richieste. E' riportata in maniera dettagliata la descrizione degli arredi, anche illustrati in specifica relazione. In particolare si apprezza: - barella: dotata di quinta	1	1	0,8	0,93			24,26

	"Scheda garanzia")				203,00, costo orario manodopera € 67,00. Sconto su listino per pezzi di ricambio 30%.														
Garanzia	Periodo di garanzia superiore ai 60 mesi.		5		Proposti 60 mesi														0
Criterio premiante CAM	Sistemi di gestione ambientale			5	E' in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001												5		5
Cronoprogramma	Riduzione delle tempistiche rispetto al tempo massimo di 35 gg dalla data di accettazione dell'offerta definitiva da parte dell'Amministrazione, per le attività necessarie per la messa a regime della fornitura (consegna, montaggio, installazione) In caso di tempi di consegna pari a 35 giorni il		5		proposti 35 giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0

[illegible]

57,46

7

Elemento di valutazione	Criterio di valutazione	Punti D (qualitativi) max	Punti Q (quantitativi) max	Punti T max	MALVESTIO	Commis sario 1 (coefficienti da 0 a 1)	Commis sario 2 (coefficienti da 0 a 1)	Commis sario 3 (coefficienti da 0 a 1)	Media aritmetica dei coefficienti	Punti Q	Punti T	PUNTEGGIO (media dei coefficienti x punteggio massimo)
Caratteristiche tecniche degli arredi per qualità, funzionalità materiali e prestazioni dei prodotti	Qualità degli arredi rispetto alle caratteristiche tecniche elencate nel capitolato e negli allegati, con particolare riferimento ai materiali utilizzati in relazione alla destinazione d'uso, alle prestazioni funzionali	26			Valutazione: l'offerta tecnica presentata, per caratteristiche dei materiali è apprezzabile e pertinente in relazione alla destinazione d'uso. Gli arredi, sono consoni alle richieste. In particolare si segnala: - barella: carico lavoro sicuro 170 kg, peso paziente non segnalato, Apprezata la colonna porta endoscopi con divisorii tra le varie sonde e supporti non estraibili, ritenuti più sicuri.	0,8	0,8	0,8	0,8			20,80
Progettazione delle aree previste	Funzionalità ed omogeneità della progettazione e possibili aggiornamenti migliorativi rispetto alle indicazioni poste	25			Valutazione: la progettazione, essenziale nell'esposizione, è in linea con le indicazioni date.	0,8	0,8	0,8	0,8			20,00
Servizio di manutenzione ed assistenza post	Qualità del servizio di manutenzione	4			Propone tempi migliori rispetto alla richiesta sia	0,8	0,8	0,8	0,8			3,20

vendita	ed assistenza post-vendita durante il periodo di garanzia e dopo tale periodo (tempi di intervento/risoluzione, materiale tecnico di consumo necessario, attività preventiva, ecc..). (vedi allegato "Scheda garanzia")				per quanto riguarda i tempi di intervento 2 gg. (richiesti 3), di risoluzione 1 gg. (richiesti 2), disponibilità pezzi di ricambio 15 anni (richiesti 5), Costo orario omni comprensivo post garanzia € 80/h. Sconto su listino per pezzi di ricambio 25%.								
Garanzia	Periodo di garanzia superiore ai 60 mesi, secondo il seguente schema: 4 o più anni di garanzia extra: 5 punti; 3 anni di garanzia extra: 0.75 x punti; 2 anni di garanzia extra: 0.5 x punti;	5			Proposti 108 mesi						5		5

[illegible]

55,67

I componenti la Commissione

Dott.ssa Cristina Burigo Coordinatrice UOC Radiologia Belluno

Presidente

Dulka Christina

Dott.re Angelo Manfroi coordinatore Gruppo Operatorio Belluno

Componente

Angelo Mendez

Dott.ssa Alessandra Citeroni Coordinatrice UOC Cardiologia Belluno

Componente

Heather Wood

Belluno 05/06/2024

11



3