

# Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

**UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO**

**E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

**Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI REAGENTI E STRUMENTAZIONE PER ANALISI DECENTRATE POINT OF CARE TESTING (POCT) PER GLI OSPEDALI DELL'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI PER UN PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI E CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 6 MESI.**

CHIARIMENTI al 03/10/2024

### **Quesito 3:**

Con riferimento all' "allegato 4 questionario tecnico", in particolare al punto 16 "Troponina I ad alta sensibilità, con metodo validato secondo Linee Guida per il triage 0-1 ora", al fine di consentire la massima partecipazione di tutti gli O.E. del mercato ed in conformità con il principio di equivalenza si chiede di considerare equivalenti le soluzioni tecniche con metodo validato secondo le linee guida ESC per il triage Rapido a quelle soluzioni il cui metodo è "validato secondo le linee Guida per il triage 0-1 ora". Si tenga inoltre presente che attualmente sono presenti sul mercato soluzioni per il triage 0-1 ora, validati solo su Plasma; l'utilizzo del plasma in ambito point of care comporta un passaggio aggiuntivo rappresentato dalla centrifugazione del campione stesso, aumentandone così i tempi di esecuzione del esame e comportando pertanto un operazione in più nel workflow operativo. Contrariamente il sangue intero può essere dispensato immediatamente al momento del prelievo garantendo un tempo di attesa del risultato molto più veloce e ridotto.

### **Risposta:**

*Quanto segnalato sarà oggetto di valutazione. Si precisa che in base al principio di equivalenza garantito dal combinato disposto dell'art. 79 e allegato II.5 D.Lgs 36/2023, resta in capo all'offerente dimostrare, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti dal Capitolato d'Appalto e relativi allegati.*

\*\*\*

### **Quesito 4:**

Si chiede il DGUE in formato xml, in quanto nella documentazione di gara è presente solo in formato pdf DGUE\_REQUEST.

### **Risposta:**

*Il DGUE in formato xml è stato caricato nella sezione Sintel "Documentazione di gara" e sul sito aziendale – sez. Bandi e Gare.*

Cordiali saluti

IL RUP

MF/ab/vs  
Prat. n. 113/2024