

Questionario tecnico

DITTA	DESCRIZIONE
OPERATORE ECONOMICO	
MODELLO	
PRODUTTORE	
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE	
Codice attribuito al prodotto dal Produttore	
Presenza di codice UDI	UDI-DI SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	UDI-PI SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI	CND _____
in base all'ultima CND aggiornata al DM 07.10.2011, consultabile e scaricabile al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/dispositivi	Repertorio _____
Destinazione d'uso idonea	Descrivere:
Normativa CE di riferimento o altra normativa (se il caso)	Indicare:
Dotato di stativo da banco realizzato in pressofusione per limitare le vibrazioni o le instabilità delle parti in movimento	Descrivere: stativo motorizzato SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> stativo motorizzabile SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Se SI descrivere:
Deve avere filtri polarizzatori, consentire di effettuare la più ampia gamma di metodi di osservazione, come ad esempio, contrasto di fase, contrasto di rilievo, DIC, campo scuro e microscopia controfocale, fluorescenza.	Contrasto di fase SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Contrasto di rilievo SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> DIC SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Campo scuro SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Microscopia controfocale SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Fluorescenza	Filtri Polarizzatori SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Altro:
Cassetta filtri a rapido inserimento	filtri DAPI SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Descrivere:
Dotata di revolver porta obbiettivi ad almeno 7 unità e obbiettivi di alta qualità, planari, apocromatici e/o super-apocromatici con range di correzione cromatica c.a. 400-1000 nm. Dotata dei seguenti obbiettivi:	filtri FITC SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Descrivere:
	filtri TRITC SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Descrivere:
	N° filtri e tipologia:
	Indicare il numero di unità:
1.25X plan apocromatico	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Descrivere:
4X super-apocromatico	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Descrivere:
10X super-apocromatico	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Descrivere:
20X super-apocromatico	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Descrivere:
40X super-apocromatico	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Descrivere:
60X fluorit	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Descrivere:
100X ad olio planapocromatico/apocromatico	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Descrivere:
Altro	Descrivere:
Tubo ergonomico trioculare	Descrivere:

Questionario tecnico

Movimento micrometrico di messa a fuoco coassiale manuale	Descrivere:
Illuminazione a LED equivalente a c.a. 100W	Indicare la potenza: Descrivere:
Altre caratteristiche tecniche particolari, o note eventuali	Descrivere:

Fotocamera digitale e workstation per acquisizione immagini

Fotocamera digitale di ultima generazione di ridotte dimensioni, risoluzione di almeno 5 Mega Pixels con frame rate di 32 a risoluzione piena e 64 in full HD	Indicare Mega Pixels: Descrivere:
---	--------------------------------------

Monitor da almeno 21" di ripetizione dell'immagine da microscopio	Descrivere:
---	-------------

Salvataggio immagini almeno in formato JPG, BMP, TIFF e XML con formato immagine effettivo di almeno 1900x2500	Descrivere:
--	-------------

Possibilità di salvare immagini su scheda di memoria a standard commerciale, o di esportazione diretta su memorie USB o personal computer	Descrivere:
---	-------------

<u>Opzionale:</u> Software, Windows compatibile, per archiviazione immagini con gestione a data base dei pazienti o l'esportazione di immagini via intranet o Internet. Tale SW deve poter essere installato su PC standard, con sistema operativo Windows non inferiore a 10, essere posto in dominio aziendale e accettare antivirus aziendale Trend Micro, funzionare richiedendo il login come Utente, e non come amministratore di sistema	Descrivere:
---	-------------

Altre caratteristiche tecniche particolari, o note eventuali	Descrivere:
--	-------------