

## VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 1 di 1

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di sistemi per la diagnosi rapida di malattie infettive del sistema nervoso centrale per l'UOSD di Microbiologia dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, per un periodo di 36 mesi – ID Sintel 186915819 - CIG B28913AA9E.

In data 16/09/2024 alle ore 14:00 circa, presso l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, in viale Europa, n. 22, si è riunita la Commissione Giudicatrice per l'attribuzione del punteggio qualità nella procedura di gara per la fornitura di sistemi per la diagnosi rapida di malattie infettive del sistema nervoso centrale per l'UOSD di Microbiologia dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, per un periodo di 36 mesi, nominata Deliberazione del Commissario n. 963 del 30/08/2024 e così composta:

- Dott.ssa Eliana Modolo, Responsabile dell'UOSD di Microbiologia dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – Presidente;
- Dott.ssa Grazia Piccolin, Dirigente Biologo dell' UOC di Laboratorio Analisi dell' Ospedale di Belluno – Componente;
- Dott. ssa Mara Curto, Coordinatore dell' UOC di Laboratorio Analisi dell' Ospedale di Belluno – Componente;
- Dott.ssa Valentina Santagiuliana - Segretario Verbalizzante;

### Preso atto:

- della documentazione trasmessa dalla ditta Biomerieux Italia spa, unica ditta partecipante;
- della Deliberazione del Commissario n. 963 del 30/08/2024 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

### tutto quanto sopra premesso:

Il Presidente della Commissione illustra la documentazione trasmessa dal RUP a tutti i componenti della Commissione Giudicatrice richiamando l'attenzione sulle regole contenute nella Procedura Gestionale Aziendale che disciplinano il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici. In particolare vengono illustrate le cause di incompatibilità e raccolte le dichiarazioni di ogni componente nonché i doveri della Commissione stessa con riferimento al dovere di non divulgazione di ogni notizia attinente a tutte le informazioni raccolte nel corso dei lavori della Commissione.

Esperate tali formalità la Commissione prende visione della documentazione presentata dalla ditta Biomerieux Italia spa che risulta completa rispetto a quanto richiesto nella documentazione di gara.

Successivamente la Commissione Giudicatrice esamina le caratteristiche tecnico-qualitative sulla base della documentazione tecnica presentata, secondo i criteri, contenuti nella lettera d'invito e di seguito specificati:

N. criteri	PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUITO AL REQUISITO	METODO ATTRIBUZIONE
1	Tempo di esecuzione dei singolo pannello meningoencefalite (sarà valutato con maggior punteggio il tempo di esecuzione inferiore);	10/70	D
2	Tempo di esecuzione dei singolo pannello alte vie respiratorie (sarà valutato con maggior punteggio il tempo di esecuzione inferiore);	10/70	D
3	Possibilità di visualizzare i dati grezzi e/o le curve di amplificazione, in modo tale da permettere una analisi più approfondita in caso di campioni borderline o discrepanti;	10/70	D
4	Per il pannello meningoencefalite: numero dei target rilevati	10/70	D

Pertanto, visto quanto previsto dalla lettera invito la ditta Biomerieux Italia spa viene ammessa all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

I lavori proseguono fino alle ore 17:30 circa, orario in cui si chiude la seduta.





Letto, approvato, sottoscritto:

Dott.ssa Eliana Modolo – Presidente

Dott.ssa Grazia Piccolin – Componente

Dott. ssa Mara Curto – Componente

Dott.ssa Valentina Santagiuliana - Segretario Verbalizzante

All.to: "tabella riassuntiva"

AB/vs

Prat. 128/2024

# Tabella riassuntiva

**Oggetto:** procedura negoziata per la fornitura di sistemi per la diagnosi rapida di malattie infettive del sistema nervoso centrale per l'UOSD di Microbiologia dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, per un periodo di 36 mesi.

Criteri		Biomerieux Italia spa	
1 - Tempo di esecuzione del singolo pannello meningocefalite (sarà valutato con maggior punteggio il tempo di esecuzione inferiore); <b>PUNTI A DISPOSIZIONE: 10,00</b>		Il tempo di esecuzione del singolo pannello meningocefalite è di circa 1 ora. Giudizio = <b>Ottimo</b>	
2 - Tempo di esecuzione del singolo pannello alte vie respiratorie (sarà valutato con maggior punteggio il tempo di esecuzione inferiore); <b>PUNTI A DISPOSIZIONE: 10,00</b>		Il tempo di esecuzione del singolo pannello alte vie respiratorie è di circa 45 minuti. Giudizio = <b>Ottimo</b>	Punti 10,00
3. Possibilità di visualizzare i dati grezzi e/o le curve di amplificazione, in modo tale da permettere una analisi più approfondita in caso di campioni borderline o discrepanti; <b>PUNTI A DISPOSIZIONE: 10,00</b>		Il sistema offerto consente di visualizzare i dati grezzi, sotto forma di curve di melting, per un'analisi più approfondita in caso di campioni borderline o discrepanti. Giudizio = <b>Ottimo</b>	Punti 10,00
4. Per il pannello meningocefalite: numero dei target rilevati (sarà valutato con punteggio maggiore, il maggior numero di target rilevati); <b>PUNTI A DISPOSIZIONE: 10,00</b>		Il pannello meningocefalite consente la rilevazione di <b>14 target</b> tra virus, batteri e lieviti. Giudizio= <b>Ottimo</b>	Punti 10,00
5. Sensibilità per il pannello meningocefalite come dichiarato in metodica (sarà valutato con punteggio maggiore, la maggiore sensibilità); <b>PUNTI A DISPOSIZIONE: 8,00</b>		Per il pannello meningocefalite viene dichiarata una sensibilità di 94.2% Giudizio = <b>Ottimo</b>	Punti 10,00
6. Specificità per il pannello meningocefalite come dichiarato in metodica (sarà valutato con punteggio maggiore, la maggiore specificità); <b>PUNTI A DISPOSIZIONE: 8,00</b>		Per il pannello meningocefalite la specificità o concordanza percentuale negativa (NPA, Negative Percent Agreement) è stata calcolata in rapporto al metodo di riferimento (esame colturale o PCR+sequenziamento), e viene dichiarata pari al 99.8% Giudizio = <b>Ottimo</b>	Punti 8,00
			Punti 8,00

CH Ca SR

Belluno li 16/09/2024


La Commissione Giudicatrice:

Dott.ssa Eliana Modolo, – Presidente

Dott.ssa Grazia Piccolin - Componente

Dott. ssa Mara Curto - Componente

Dott.ssa Valentina Santiagiuliana - Segretario Verbalizzante


AB/vs  
Pratica n. 128/2024