

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO

E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di sistemi di iniezione automatici del mezzo di contrasto per le UU.OO. di Radiologia dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, per un periodo di 36 mesi.

CHIARIMENTI al 02/07/2024

Quesito 1:

Per il lotto 1 si chiede di confermare che il sistema di rilevamento delle bolle d'aria sia da intendersi come sistema automatico di blocco dell'iniezione in caso di rilevazione automatica di eventuale aria.

Risposta:

Si, si conferma che il sistema di rilevamento delle bolle d'aria è da intendersi come sistema automatico di blocco dell'iniezione in caso di rilevazione automatica di eventuale aria.

Quesito 2:

Per il lotto 1 si chiede di confermare l'utilizzo di flaconi di mezzo di contrasto di 500ml con un volume medio di iniezione (quantitativo medio solo puramente indicativo) di 100ml di mezzo di contrasto.

Risposta:

Si, si conferma l'indicazione di massima della quantità di mezzo di contrasto utilizzata e che la stessa è da considerarsi puramente casuale ed è riferita a una media di consumo.

Quesito 3:

Per il lotto 1 si chiede di rimuovere la caratteristica relativa alla "Possibilità del controllo della temperatura anche sulla soluzione fisiologica" dai criteri di valutazione. Tale caratteristica infatti non fornisce alcun vantaggio di natura tecnica o clinica. Il riscaldamento della soluzione fisiologica infatti non favorisce una minor viscosità né conseguentemente una minor pressione di iniezione. Tali vantaggi sono caratteristici invece del riscaldamento del mezzo di contrasto, parametro già richiesto nelle specifiche tecniche minime.

Risposta:

A seguito di un'analisi di quanto segnalato, si precisa che fra i criteri "Caratteristiche tecniche specifiche delle apparecchiature" non sarà preso in considerazione il seguente parametro di valutazione qualitativa "Possibilità del controllo della temperatura anche sulla soluzione fisiologica".

Cordiali saluti

IL RUP

AB/vs

Prat. n. 118/2024