



Regione del Veneto
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it
Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO
Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831
Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256
**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA**

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA

**FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI AMBULATORI DELL'AZIENDA
ULSS 1 DOLOMITI DEDICATI AI TRATTAMENTI ODONTOIATRICI
ID SINTEL N. 201955392**

QUESITI OPERATORI ECONOMICI	PRESIDIO OSPEDALIERO	RISPOSTA AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI
Non sono stati riscontrati gli impianti elettrici corretti per le apparecchiature richieste. Si chiede documentazione e i dettagli necessari a chiarire gli eventuali lavori impiantistici necessari	FELTRE	E' sufficiente tenere in considerazione l'impiantistica elettrica presente, non viene richiesto di sostituire il quadro elettrico installato e in condivisione ai due ambulatori.
Il capitolato prevede un'aspirazione ad aria (separatori d'amalgama integrati nel riunito). Si chiede se è possibile proporre una soluzione alternativa.	AGORDO	Se ritenete che la soluzione risponda adeguatamente alle necessità del servizio potete procedere.
Per impossibilità di effettuare sopralluogo e di ricevere il materiale necessario ad una valutazione impiantistica, si chiede di escludere la valutazione dello stesso per questa parte della procedura.	CORTINA	Ad oggi non abbiamo ancora nessun tipo di informazione. L'ambulatorio è previsto per accogliere un riunito dentistico quindi le predisposizioni impiantistiche saranno presenti. Non possiamo escluderlo dalla valutazione
Si chiede se è possibile presentare in offerta economica delle soluzioni alternative anche se non tecnicamente presentate complete (per il ridotto spazio dedicato alla parte tecnica), al fine di permettere una più completa presentazione nella procedura successiva	//	Essendo un'indagine di mercato non ci sono preclusioni, l'importante è che per ogni modello offerto sia compilato il questionario tecnico di modo da consentirci una valutazione completa.

Documento aggiornato con i quesiti pervenuti, a mezzo Sintel, fino al 16.06.2025 compreso.

Belluno, 19.06.2025

IL RUP
Dott.ssa Lucia D'Inca