

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA****PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI AMBULATORI ORL DELL'AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI****ID SINTEL N. 204137158**

N.	QUESITI PERVENUTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI	RISPOSTA AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI
1	Le opzioni previste dall'art. 2 delle specifiche tecniche devono essere quotate separatamente o sono da includere nella quotazione dei riuniti?	Le opzioni vanno quotate separatamente.
2	La telecamera endoscopica da offrire necessita di un collegamento USB per visionare le immagini a PC oppure è possibile in alternativa prevedere un Panel PC medicale?	La richiesta è di un sistema di visualizzazione composto dalla telecamera che si collega al monitor . Non è richiesto nessun pc di elaborazione o panel pc.
3	Si chiede di specificare se la telecamera con attacco C debba essere fornita completa di software per acquisizione dati oppure con un processore che permetta la sola visualizzazione dell'immagine nel monitor richiesto.	E' richiesta la sola visualizzazione, nessun software di acquisizione dati.
4	Il microscopio diagnostico con stativo deve essere previsto su stativo indipendente o integrato nel riunito?	Deve essere integrabile sul corpo del riunito, non indipendente.
5	Si richiede conferma che il reparto sia già dotato della lampada frontale Clar, da collegare mediante cavo a fibre ottiche alla fonte LED del riunito, con luminosità regolabile.	Si richiede di quotare la lampada come opzione.
6	Si chiede di specificare cosa si intende per porta guide per strumenti endoscopici.	Si intende il supporto per le ottiche rigide e flessibili.
7	Si chiede se la misura dell'ingombro massimo di 150x60 è da intendersi obbligatoria o se possibile proporre sistemi con misure differenti di ripiano +/-10% dotato di scaldaspiechietto rapido e posizionabile	L'ingombro specificato è indicativo. Verrà valutato che sia adeguato allo spazio disponibile e all'attività del clinico.

Regione del Veneto

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA**



8	Si chiede se è possibile fornire scaldia specchietti integrato nella struttura del riunito in posizione ergonomica in alternativa al scaldia specchietti portatile	Si, è possibile proporre la soluzione che si ritiene più opportuna.
---	--	---

Documento aggiornato con il quesiti pervenuti, a mezzo Sintel, al 21.07.2025 compreso.

Belluno, 22.07.2025

IL RUP
Dott.ssa Lucia D'incà