



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E

GESTIONE DELLA LOGISTICA

FORNITURA DI TAVOLI OPERATORI DA DESTINARE ALLE UU.OO. DI OCULISTICA DELL'ULSS 1 DOLOMITI. CONSULTAZIONE DI MERCATO

ID SINTEL N. 192392643

Premessa di ordine generale:

Con riferimento all'avvio della procedura si specifica che:

- trattasi di una consultazione/indagine di mercato di cui all'art. 50 Dlgs. 36/2023, volta ad acquisire candidature e proposte tecnico ed economiche per la successiva indizione di specifica procedura di gara;
- le caratteristiche indicate sono generali e non a pena di esclusione;
- si applica in ogni caso il principio di equivalenza di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 70, comma 3, allegato II.5, parte II A "specifiche tecniche".

Di seguito la risposta ai chiarimenti fin qui pervenuti:

N.	QUESITI OPERATORI ECONOMICI	TIPO	RISCONTRO AI QUESITI ULSS 1 DOLOMITI
1	<i>In riferimento alla procedura in oggetto, nel documento: "74023_Consultazione mercato_TAVOLI OPERATORI_" viene indicato: " la fornitura dovrà includere il ritiro di tavoli in numero da definire, in relazione alla dichiarazione di fuori uso di analoghe apparecchiature, secondo indicazione dell'Ulss 1". Si richiede di indicare il numero di apparecchiature che dovranno essere ritirate e smaltite. Inoltre si chiede di specificare se le apparecchiature sono carrellate oppure fisse".</i>	Tecnico	Il numero di apparecchiature per le quali verrà richiesto il ritiro e smaltimento sarà minore o uguale al numero di apparecchiature per cui si richiederà l'acquisto. Si conferma che tutti i sistemi sono carrellati.
2	<i>Con riferimento alle risposte già pubblicate e a quanto riportato nel documento "Consultazione di mercato" e più precisamente sui criteri della valutazione in ordine decrescente risulta come primo "rispondenza delle apparecchiature offerte ai requisiti tecnici come indicato nel documento specifiche tecniche". Alla luce di questo pare quindi importante per noi, operatori</i>	Tecnico	Se l'impresa è in grado di fornire telecomando IR deve fornire anche supporto a muro, se invece non è in grado di fornirlo non serve il supporto. I requisiti tecnici indicati nel documento "specifiche tecniche" non sono richiesti a pena di esclusione.



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E

GESTIONE DELLA LOGISTICA

	<i>economici, stabilire il modello più idoneo visto che la consultazione è già atta a scegliere l'affidatario. Si richiede cortesemente pertanto per meglio delineare il prodotto da noi offerto se per supporto a muro si intenda un sistema di fissaggio per il telecomando a cavo o se sia un refuso.</i>		
3	<i>Se in merito alla compatibilità con tunnel di lavaggio Steelco mod LC80/2 sia essa caratteristica necessaria in quanto solitamente non applicata ai tavoli mobili a piani fissi</i>	Tecnico	L'indicazione tiene conto della presenza presso Ulss 1 di questo sistema di lavaggio. Se il sistema proposto può entrare ed essere trattato sarà considerato, in caso contrario, si prenderà atto di quanto dichiarato dall'impresa.
4	<i>In merito alle modalità di fornitura si chiede di confermare che il numero di tavoli fuoriusso da ritirare in caso di aggiudicazione sia al massimo pari a quelli consegnati.</i>	Tecnico	Vedere risposta quesito 1.
5	<i>Si richiede di precisare cosa si intende per "il sistema dovrà garantire l'accesso temporale".</i>	Tecnico	L'accesso temporale è la possibilità di accedere chirurgicamente, anche dalle regioni laterali simmetriche del cranio (lateralmente alla fronte), per cui non vi devono essere impedimenti.

I presenti chiarimenti vengono pubblicati sulla Piattaforma Sintel nella documentazione di gara.

IL RUP

Dott.ssa Lucia D'Inca

Firmato digitalmente

Pratica 452/2024

LDI/lf