



# Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E

GESTIONE DELLA LOGISTICA

**FORNITURA DI TAVOLI OPERATORI DA DESTINARE ALLE UU.OO. DI OCULISTICA DELL'ULSS 1 DOLOMITI.  
CONSULTAZIONE DI MERCATO**

**ID SINTEL N. 192392643**

Premessa di ordine generale:

Con riferimento all'avvio della procedura si specifica che:

- trattasi di una consultazione/indagine di mercato di cui all'art. 50 Dlgs. 36/2023, volta ad acquisire candidature e proposte tecnico ed economiche per la successiva indizione di specifica procedura di gara;
- le caratteristiche indicate sono generali e non a pena di esclusione;
- si applica in ogni caso il principio di equivalenza di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 70, comma 3, allegato II.5, parte II A "specifiche tecniche".

Di seguito la risposta ai chiarimenti fin qui pervenuti:

N.	QUESITI OPERATORI ECONOMICI	TIPO	RISCONTRO AI QUESITI ULSS 1 DOLOMITI
1	In riferimento al documento "Specifiche Tecniche" art. 1 "OGGETTO" viene richiesto: "n. 1 telecomando a IR con relativa unità di ricarica; n. 1 telecomando a cavo con supporto a muro". Al fine di garantire la massima partecipazione si richiede che possano essere ritenute idonee offerte di tavoli operatori con solo comando a cavo.	Tecnico	<b>Tenuto conto delle premesse i candidati sono tenuti a proporre, secondo la propria disponibilità di sistemi, le apparecchiature rispondenti alla destinazione d'uso indicata ovvero, per le UU.OO. di Oculistica.</b>
	In riferimento al documento "Specifiche Tecniche" art. 1 "OGGETTO" viene richiesto: "n. 1 telecomando a IR con relativa unità di ricarica; n. 1 telecomando a cavo con supporto a muro". Si fa presente che per garantire la massima movimentazione del tavolo e prevenire rotture da strappi accidentali non è possibile fissare il telecomando a muro. A tal proposito si chiede che sia ritenuto idoneo un telecomando a cavo senza supporto a muro ma con supporto sul tavolo	Tecnico	<b>Si conferma quanto alle premesse e al punto 1.</b>



# Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E

GESTIONE DELLA LOGISTICA

	operatorio.		
	In riferimento al documento “Specifiche Tecniche” “Caratteristiche generali di base delle apparecchiature”, in considerazione della destinazione d’uso prevista “UU.OO di OCULISTICA” si fa presente che le funzioni di TILT LATERALE, RADIOTRASPARENZA e SCORRIMENTO LONGITUDINALE del piano non sono inerenti alla disciplina da voi indicata. Al fine di garantire la massima partecipazione a tutti gli operatori economici e poter fornire un tavolo più specifico alla destinazione d’uso da voi richiesta si richiede che possano essere ritenute idonee anche offerte di tavoli operatori senza le caratteristiche sopra citate.	Tecnico	<b>Si conferma quanto alle premesse e al punto 1.</b>
	In riferimento al documento “Specifiche Tecniche” “Caratteristiche generali di base delle apparecchiature” “le diverse sezioni (piano testa, piani gambe, piano schiena, etc...) devono essere protette da adeguati sistemi di aggancio-sgancio veloci e sicuri con meccanismo servo-assistito dove necessario” in considerazione della destinazione d’uso da voi indicata, si richiede che possano essere ritenuti idonei sistemi di tavoli operatori che non prevedano lo sgancio delle singole sezioni.	Tecnico	<b>Si conferma quanto alle premesse e al punto 1.</b>
	In riferimento al documento “Specifiche Tecniche” Caratteristiche generali di base delle apparecchiature” “compatibilità con tunnel di lavaggio produzione Steelco mod. LC80/2”. Al fine di consentire la massima	Tecnico	<b>Si conferma quanto alle premesse e al punto 1.</b>



# Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

 PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E

GESTIONE DELLA LOGISTICA

partecipazione di tutti gli operatori economici ed in relazione alla destinazione d'uso da voi indicata, si richiede di eliminare la richiesta di compatibilità con il tunnel di lavaggio.		
--	--	--

I presenti chiarimenti vengono pubblicati sulla Piattaforma Sintel nella documentazione di gara.

IL RUP

Dott.ssa Lucia D'Inca

*Firmato digitalmente*

Pratica 452/2024

LDI/lf