



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

Prot. n. 45507 / SIC

Belluno, 14 luglio 2026

OGGETTO: consultazione di mercato, ai sensi art. 77 del D.Lgs. 36/2023, e comunicazione di avvio procedura ai fini della trasparenza per la verifica di esclusività ed infungibilità nell'aggiudicazione del servizio di manutenzione di sistemi e di apparecchiature elettromedicali di produzione Elekta installate presso l'U.O.C. di Radioterapia dell'Ospedale di Belluno - Azienda Ulss 1 Dolomiti, ai sensi dell'art. 76, comma 2, Lett. b), punto 2), del D.Lgs. n. 30/2023.

L'ULSS n. 1 Dolomiti intende procedere, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. n. 36/2023, alla verifica dell'effettiva sussistenza del presupposto dell'assenza di concorrenza per motivi di esclusività e infungibilità nell'aggiudicazione del servizio di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature di prod. Elekta installate presso l'U.O.C. di Radioterapia dell'Ospedale di Belluno - Azienda Ulss 1 Dolomiti.

Tipologia apparecchiature
ACCELERATORE LINEARE, ELEKTA ONCOLOGY SYSTEM LTD, PRECISE, completo di consolle Integrity R1.1 s/n 139258, lettino Precise s/n 126763, interfaccia I-COM FX, sistema IVIEW GT s/n 300354, Sequencer + relativi accessori
ACCELERATORE LINEARE, ELEKTA VERSA HD, completo di lettino Precise s/n 229738, lettino robotizzato HEXAPOD EVO s/n 118627, sistema EPID Elekta iViewGT s/n 24412000285, sistema Cone Beam CT s/n 244120000338, Sequencer + relativi accessori
Server MOSAIQ (hardware e software) mod. Dell Poweredge R740XD comprensivo di NAS DELL NX 440, UPS, n.8 client, sistema Intellimax
Server MONACO (hardware e software) comprensivo di n.2 stazioni di calcolo e n.2 stazioni di contouring
n. 2 ELETTROMETRI QA Beamchecker Plus , n.1 ELETTROMETRO Supermax Electrometer con CAMERA DI IONIZZAZIONE Exradin A19, SOFTWARE PIPS per adeguamento al TG-142
Sistema SIGRT mod.CATALYST + HD
Sistema per riposizionamento bersaglio in radioterapia mod. SENTINEL
Principali prestazioni richieste nel contratto
Il servizio integrato richiesto è volto a garantire:
1. mantenimento delle prestazioni cliniche e tecniche delle apparecchiature mediante l'esecuzione di manutenzione preventiva e correttiva;
2. conformità ai requisiti di sicurezza elettrica e funzionale;
3. continuità operativa del servizio sanitario;
4. mantenimento della conformità alla Direttiva CEE/93/42 e/o EU 745/2017 e alle norme tecniche CEI;
5. conformità alle norme su salute e sicurezza sul lavoro;
6. conformità a privacy e cyber security con eventuali manutenzioni evolutive necessarie per il mantenimento in sicurezza;
7. recepimento di tutte le azioni correttive e degli avvisi di sicurezza emessi dai fabbricanti;
8. adeguamento continuo dei sistemi all'evoluzione normativa ed organizzativa nazionale, regionale ed europea.
Tempi di primo intervento da effettuarsi presso la sede ULSS 1 Dolomiti: max 8 ore lavorative e tempi di risoluzione guasto garantiti: max 24 ore lavorative. Deve essere garantito un collegamento per l'assistenza in remoto.
Fornitura di tutte le parti difettose, consumabili o soggette ad usura e di tutti i ricambi. Tutte le parti sostituite nel corso degli interventi dovranno <u>essere originali</u> , a meno di casi particolari dove dovrà essere data evidenza della compatibilità dei ricambi utilizzati con il dispositivo medico oggetto di manutenzione in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente e dal manuale d'uso redatto dal fabbricante.



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

Preliminarmente all'avvio della suddetta procedura viene pubblicata sul profilo del committente, sulla Banca Dati Nazionale di Contratti Pubblici di ANAC e sulla piattaforma telematica Sintel, la presente verifica di esclusività ed infungibilità.

Gli operatori economici che ritengano di poter fornire il servizio alle condizioni tecniche sopra descritte, dovranno far pervenire la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara attraverso la piattaforma telematica Sintel (<http://www.ariaspa.it>) entro il termine del **31/07/2026** unitamente alla seguente documentazione:

- dichiarazione, a firma del rappresentante legale o di un procuratore, resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti di possedere le capacità tecniche per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente avviso. La dichiarazione dovrà elencare anche le esperienze maturate indicando gli Enti pubblici presso cui le prestazioni si sono svolte, i periodi e gli importi;
- la documentazione relativa alle capacità tecniche e professionali, nonché dei canali di reperimento dei ricambi e dei consumabili;
- la proposta di base d'asta (annuale ed Iva esclusa) per il contratto di manutenzione oggetto del presente avviso.

La presente comunicazione non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante avendo fini di pubblicità.

L'istanza rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ed il mancato possesso dei requisiti tecnici richiesti determina la non ammissione.

Qualsiasi chiarimento in ordine al presente avviso potrà essere inviato tramite la piattaforma telematica Sintel entro il termine del 24/07/2026.

Sulla base dell'esito del presente avviso questa Azienda Sanitaria definirà la procedura da attivare per l'aggiudicazione del servizio e nello specifico:

- qualora venga confermata la circostanza secondo di cui la Ditta fornitrice delle apparecchiature costituisca l'unico operatore in grado di garantire il servizio di manutenzione, questa Amministrazione manifesta sin d'ora l'intenzione di procedere alla conclusione di un contratto, attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. 36/2023, previa negoziazione delle condizioni contrattuali;
- qualora sulla base dell'esito della consultazione di mercato, venisse appurata l'esistenza di più operatori economici in grado di fornire il servizio di manutenzione oggetto del presente provvedimento potrà avviare un dialogo tecnico o avviare una procedura di gara.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla verifica dell'effettiva sussistenza del presupposto dell'assenza di concorrenza per motivi di esclusività e infungibilità e a ricevere manifestazione di interesse da parte degli operatori economici idonei alla fornitura dei servizi richiesti.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori economici e successive procedura di affidamento dei servizi.

Distinti saluti.

Il RUP
Ing. Laura Chiea