ULSS 1 DOLOMITI - QUESTIONARIO TECNICO DETTAGLIATO

Tavolo Operatorio Polivalente per Sala Piccoli Interventi (Endourologia, ORL, Ortopedia minore)

Ragione Sociale Impresa:	

ID	Ambito / Categoria	Caratteristica / Requisito Richiesto	Tipo Requisito	Valore / Descrizione Offerta dall'Impresa	Conformità (Sì/No/Eq.)	Rif. Scheda Tecnica (Pag./Art.)	Note / Giustificazione Equivalenza
SEZIONE: STRUTTURA E MOVIMENTAZIONE							
REQ-01	STRUTTURA E MOVIMENTAZIONE	Stativo su base mobile compatta con ruote antistatiche piroettanti ad alta scorrevolezza	*Requisito Minimo*				
REQ-02	STRUTTURA E MOVIMENTAZIONE	Sistema di frenatura centralizzato (a pedale o servoassistito) e ruota direzionale per spostamenti rettilinei in spazi ristretti	*Requisito Minimo*				
REQ-03	STRUTTURA E MOVIMENTAZIONE	Portata di sicurezza (Safe Working Load) dinamica non inferiore a 200 kg (valutata preferibilmente ≥ 250 kg)	*Requisito Minimo / Criterio Premiante*				
REQ-04	STRUTTURA E MOVIMENTAZIONE	Carter di base e colonna in acciaio inox AISI 304 o polimeri antiurto, sigillati a tenuta di liquidi e disinfettanti (grado min. IPX4)	*Requisito Minimo*				
REQ-05	STRUTTURA E MOVIMENTAZIONE	Barre laterali porta-accessori a standard europeo (25 x 10 mm) presenti su entrambi i lati di tutte le sezioni principali	*Requisito Minimo*				
SEZIONE: PIANO OPERATORIO E ARTICOLAZIONI MOTORIZZATE							
REQ-06	PIANO OPERATORIO E ARTICOLAZIONI MOTORIZZATE	Piano modulare suddiviso in almeno 4 sezioni principali (testa, schienale, bacino, gambe)	*Requisito Minimo*				
REQ-07	PIANO OPERATORIO E ARTICOLAZIONI MOTORIZZATE	Regolazione altezza elettromeccanica/elettroidraulica con escursione min ≤ 650 mm e max ≥ 1000 mm	*Requisito Minimo*				
REQ-08	PIANO OPERATORIO E ARTICOLAZIONI MOTORIZZATE	Inclinazioni motorizzate: Trendelenburg ≥ 25° e Anti-Trendelenburg ≥ 20°	*Requisito Minimo*				
REQ-09	PIANO OPERATORIO E ARTICOLAZIONI MOTORIZZATE	Inclinazione laterale motorizzata (Tilt destro/sinistro) ≥ ±15°	*Requisito Minimo*				
REQ-10	PIANO OPERATORIO E ARTICOLAZIONI MOTORIZZATE	Inclinazione motorizzata della sezione schienale almeno da +70° a -30°	*Requisito Minimo*				
REQ-11	PIANO OPERATORIO E ARTICOLAZIONI MOTORIZZATE	Piano ad elevata radiotrasparenza sull'intera lunghezza utile, privo di traverse metalliche, compatibile con arco a C e cassetti radiografici	*Requisito Minimo*				

REQ-12	PIANO OPERATORIO E ARTICOLAZIONI MOTORIZZATE	Possibilità di rapida riconfigurazione a poltrona (posizione semi-seduta / Fowler) per interventi ambulatoriali	*Requisito Minimo*				
SEZIONE: CONTROLLI E ALIMENTAZIONE ELETTRICA							
REQ-13	CONTROLLI E ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Alimentazione da rete elettrica (230 V / 50 Hz) con carica-batterie integrato a bordo	*Requisito Minimo*				
REQ-14	CONTROLLI E ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Batterie ricaricabili ad alta autonomia (almeno 50-80 cicli completi o sessione giornaliera) con indicatore di carica	*Requisito Minimo*				
REQ-15	CONTROLLI E ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Pulsantiera principale a filo retroilluminata con comandi intuitivi e tasto dedicato per ripristino automatico a posizione zero	*Requisito Minimo*				
REQ-16	CONTROLLI E ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Pannello comandi secondario di emergenza a bordo colonna per azionamento ridondante delle funzioni primarie	*Requisito Minimo*				
REQ-17	CONTROLLI E ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Pedaliera multifunzione per controllo delle movimentazioni principali (inclusa o da quotare)	*Requisito Minimo*				
SEZIONE: MATERASSINI ED ERGONOMIA							
REQ-18	MATERASSINI ED ERGONOMIA	Set materassini viscoelastici memory antidecubito, spessore non inferiore a 60 mm, termosensibili ed antistatici	*Requisito Minimo*				
REQ-19	MATERASSINI ED ERGONOMIA	Rivestimento impermeabile, privo di cuciture (sigillato/elettrosaldato), asportabile e resistente a ipoclorito di sodio e disinfettanti	*Requisito Minimo*				
REQ-20	MATERASSINI ED ERGONOMIA	Facilità di aggancio, sgancio e riconfigurazione manuale rapida dei moduli tra le diverse sedute specialistiche	*Requisito Minimo*				
SEZIONE: CONFIGURAZIONE & ACCESSORI ENDOUROLOGIA							
REQ-21	CONFIGURAZIONE & ACCESSORI ENDOUROLOGIA	Sezione pelvica con intaglio perineale per accesso ginecologico/urologico e radioscopia senza ostacoli	*Requisito Minimo*				
REQ-22	CONFIGURAZIONE & ACCESSORI ENDOUROLOGIA	Sezione gambe sdoppiata in due cosciali indipendenti, asportabili, abbattibili e divaricabili manualmente	*Requisito Minimo*				
REQ-23	CONFIGURAZIONE & ACCESSORI ENDOUROLOGIA	Coppia di reggicosce a stivale con regolazione servoassistita a molla a gas, orientabili a 360°, cuscinetti e morsetti a bloccaggio rapido	*Requisito Minimo*				
REQ-24	CONFIGURAZIONE & ACCESSORI ENDOUROLOGIA	Vaschetta raccolta fluidi estraibile in acciaio inox, posizionabile sotto piastra perineale, con raccordo e tubo flessibile di scarico	*Requisito Minimo*				
SEZIONE: CONFIGURAZIONE & ACCESSORI ORL							

REQ-25	CONFIGURAZIONE & ACCESSORI ORL	Poggiatesta specialistico ORL/cervico-facciale a doppio snodo ribassato (regolazione indipendente inclinazione e altezza) per visuale al microscopio	*Requisito Minimo*				
REQ-26	CONFIGURAZIONE & ACCESSORI ORL	Cuscino sagomato a ciambella/fermacapo per la stabilizzazione atraumatica del capo	*Requisito Minimo*				
SEZIONE: CONFIGURAZIONE & ACCESSORI ORTOPEDIA MINORE							
REQ-27	CONFIGURAZIONE & ACCESSORI ORTOPEDIA MINORE	Tavolino chirurgia mano/arto sup. completamente radiotrasparente, con morsetti a guida e gamba telescopica regolabile	*Requisito Minimo*				
REQ-28	CONFIGURAZIONE & ACCESSORI ORTOPEDIA MINORE	Supporto laterale / pressore imbottito orientabile con morsetto rapido per contenimento e stabilizzazione	*Requisito Minimo*				
REQ-29	CONFIGURAZIONE & ACCESSORI ORTOPEDIA MINORE	Asta porta-flebo telescopica a 4 ganci in acciaio inox con morsetto di fissaggio a guida standard	*Requisito Minimo*				
REQ-30	CONFIGURAZIONE & ACCESSORI ORTOPEDIA MINORE	Cinghia di sicurezza per paziente imbottita, lavabile e disinfettabile	*Requisito Minimo*				
SEZIONE: FUNZIONALITÀ AVANZATE E OPZIONALI PREMIANTI							
REQ-31	FUNZIONALITÀ AVANZATE E OPZIONALI PREMIANTI	Traslazione longitudinale motorizzata del piano (longitudinal sliding) per ottimizzazione campo radiologico	*Criterio Premiante / Opzionale*				
REQ-32	FUNZIONALITÀ AVANZATE E OPZIONALI PREMIANTI	Comando supplementare wireless (senza fili)	*Criterio Premiante / Opzionale*				
REQ-33	FUNZIONALITÀ AVANZATE E OPZIONALI PREMIANTI	Supporto posizionatore per spalla / supporti leggeri dedicati all'artroscopia ambulatoriale	*Criterio Premiante / Opzionale*				
REQ-34	FUNZIONALITÀ AVANZATE E OPZIONALI PREMIANTI	Piattaforma di interfaccia e diagnostica service remota o telemetria di stato delle batterie	*Criterio Premiante / Opzionale*				
SEZIONE: GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE							
REQ-35	GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE	Garanzia FULL RISK di 24 mesi comprensiva di manutenzione preventiva programmata e verifiche di sicurezza elettrica	*Requisito Minimo*				
REQ-36	GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE	Interventi illimitati di manutenzione correttiva su guasto inclusi ricambi e parti d'usura (risposta nei giorni/orari feriali ULSS 1)	*Requisito Minimo*				

REQ-37	GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE	Tempi di intervento dalla chiamata e tempi di risoluzione (specificare per guasto bloccante e non)	*Requisito Minimo*				
REQ-38	GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE	Manutenzione evolutiva con upgrade software e hardware previsti dal fabbricante gratuiti in garanzia	*Requisito Minimo*				
REQ-39	GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE	Disponibilità e condizioni per eventuale estensione del servizio di garanzia/assistenza oltre i 24 mesi	*Criterio Premiante*				
REQ-40	GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE	Esecuzione collaudo di accettazione presso ULSS 1 e consegna documentazione/manuali in lingua italiana	*Requisito Minimo*				
REQ-41	GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE	Corsi di formazione contestuali alla fornitura per utilizzatori sanitari e personale tecnico di I livello	*Requisito Minimo*				
SEZIONE: CONFORMITÀ NORMATIVA E DIRETTIVE							
REQ-42	CONFORMITÀ NORMATIVA E DIRETTIVE	Conformità al Regolamento UE 2017/745 (MDR) o Direttiva 93/42/CEE e marcatura CE Dispositivo Medico	*Requisito Minimo*				
REQ-43	CONFORMITÀ NORMATIVA E DIRETTIVE	Conformità alle norme CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2 e norma particolare CEI EN 60601-2-46 per tavoli operatori	*Requisito Minimo*				
REQ-44	CONFORMITÀ NORMATIVA E DIRETTIVE	Eventuale Dichiarazione del Principio di Equivalenza (ex art. 70 D.lgs. 36/2023) con documentazione allegata separata	*Se Applicabile*				